



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

JUSTIFICATIVA PARECER TÉCNICO

A presente justificativa tem como base o edital do processo licitatório nº 069/2022 referente ao item 0001 (Analisador Hematológico Automático). Após análise da equipe laboratorial e com embasamento nas especificações do registro 80474870068 do equipamento encontrados na ANVISA foi definido que o equipamento não se adequa as informações presentes no edital.

O Analisador VIDACOUNT 510 da empresa LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI do CNPJ 34637297/0001-12 apresenta em seu Folder 29 parâmetros (4 parâmetros de pesquisa), porém de acordo com o registro da ANVISA o equipamento possui apenas 25 parâmetros sanguíneos e 4 parâmetros de pesquisa, não estando de acordo com o edital que exige no mínimo 27 parâmetros.

Além disso, o equipamento não possui a homogeneização da amostra de forma automática, bem como não possui o rack de agitação.


Nas especificações retiradas do site da ANVISA a homogeneização seria de forma manual. Neste caso a prática de análise hematológica necessitaria de um profissional disponível a todo momento para inserir a amostra no equipamento, o que ocasionaria atrasos em outras tarefas do laboratório, já que o número de paciente aumentaria significativamente, juntamente com o número de exames a serem realizados. Além disso, nossa equipe é pequena o que não permitirá a locação de um profissional apenas para essa demanda, necessitando de agitação das amostras de forma automática.

Segue o tópico retirado do arquivo disponível no site da ANVISA “ 6.2.4 Homogeneização da amostra A amostra de sangue deve ser homogeneizada antes da análise. É recomendável inverter o tubo de ensaio para cima e para baixo por 3-5 minutos. Não agite vigorosamente”.

Demonstrando assim que o equipamento destoa novamente das exigências do edital.

Sem mais para o momento a equipe do laboratório agradece a participação.

Dores do Turvo, 21 de Setembro de 2022.


José Luiz Lima Ramos
Bioquímico